



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Южный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 59.01.01.000.M.000068.06.14 ОТ 26.06.2014 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства виды выпускаемой продукции; наименование объекта, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления медицинской деятельности (согласно приложения).

Общество с ограниченной ответственностью "Дента - люкс", 617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, 6, этаж № 1 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Общество с ограниченной ответственностью "Дента - люкс", 617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, 6 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть,

указав в бланке наименование санитарных правил)
СанПиН 2.1.9.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами",

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение Южного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае" от 20.06.2014 г. № 119.



Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2393372



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Южный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 59.01.01.000.М.000068.06.14 от 26.06.2014 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления медицинской деятельности (согласно приложения)

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
- при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: стоматологии ортопедической, стоматологии профилактической;
- при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии;
- при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неврологии, ортодонтии, гастроэнтерологии.



Андрива

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 59.55.20.000.М.000140.03.21 от 18.03.2021 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения согласно приложению

Общество с ограниченной ответственностью "Дента-люкс", 617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, д.6.
(Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "Дента-люкс", 617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, д.6.
(Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований", СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)", СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 585-ЦА от 09.03.2021 г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае". Протокол (акт) санитарно-эпидемиологического обследования №382-ЦА от 09.03.2021г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае".



Заключение действительно до 18.03.2026 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№3159855



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 59.55.20.000.М.000140.03.21 от 18.03.2021 г.

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения

Эксплуатация и хранение аппарата стационарного медицинского рентгеновского дентального интраорального прицельного цифрового "X GENUS DC" на одно рабочее место, зав.№D05611, год выпуска - 2007/год монтажа - 2007,

Технические характеристики:

Напряжение на аноде 70 кВ.

Номинальная сила тока - 1-8 мА.

аппарата стационарного медицинского рентгеновского диагностического дентального панорамного цифрового "Point 3D Combi" (с функцией томографии) на одно рабочее место, зав.№PNC5H-EGT016C18, год выпуска-2020/год монтажа-2021)

Технические характеристики:

Напряжение на аноде 50-70 кВ.

Номинальная сила тока - 4-16 мА.

в стационарном медицинском рентгенодиагностическом кабинете Общества с ограниченной ответственностью "Дента-люкс" по фактическому адресу: 617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, д.6;

Эксплуатация и хранение аппарата стационарного медицинского рентгеновского дентального интраорального прицельного цифрового "X GENUS DC" на одно рабочее место, зав.№D05610, год выпуска-2007/год монтажа-2007)

Технические характеристики:

Напряжение на аноде 70 кВ.

Номинальная сила тока - 1-8 мА.

в стационарном медицинском рентгеностоматологическом кабинете Общества с ограниченной ответственностью "Дента-люкс" по фактическому адресу: 617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, д.6.

Ограничительные условия работы: рабочая нагрузка рентгеновских диагностических дентальных цифровых аппаратов "X GENUS DC" и "Point 3D Combi" не должна превышать 40 мА-мин/нед (п.9.2 СанПиН 2.6.1.1192-03, п.3.2.7 СП 2.6.1.2612-10). Другие ограничительные условия работы с медицинским рентгенодиагностическим оборудованием указаны в ведомственных инструктивно-методических документах по обеспечению требований радиационной безопасности.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

